仕　様　書

１　品　　名　　ＡＥＤ

２　数量・機器構成

数　量	１０　台
機　器 構　成	(1) ＡＥＤ本体（バッテリーを含む） サイズ　　W200～300×D150～350×H50～100mm 重量　　３kg以下 出力波形　二相性切頭指数型波形 (2) ＡＥＤ付属品（下記以外の標準付属品を含む） ①成人小児共用電極パッド　１組 ②収納用バッグ（キャリングケース） ③救急セット（はさみ・タオル・剃刀・人工呼吸用シート・手袋） ④予備電極パッド　１組 (3) 壁掛け型収納ケース サイズ　　W390～420×D170～180×H400～430mm 重量　　７．５kg以下
参考品	日本光電工業㈱　ＡＥＤ-２１５０　カルジオライフ、 ㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン　ハートスタートＦＲｘ（小児用キー含む）

３　機能・性能

（１）ＡＥＤ本体

①医療器具（除細動器）として薬事法上の承認を得ていること。また、~~リコール実績のないものであること。~~現在、リコールの対象となっていないもの。

②ＡＥＤ本体・バッテリー・電極パッドのセルフテストを~~毎日行う機能（リモート監視システム等）が付いていること。~~遠隔監視できること（耐用期間内、その費用を含む）。

③非医療従事者の使用が認められている機器であること。

④救急蘇生法２０１０年ガイドラインに対応しているもの。

⑤日本語音声ガイド付きであること。

⑥バッテリー寿命が４年以上であること。

⑦バッテリー残量の低下を音声あるいは画面等で容易に確認できること。

⑧日本語取扱説明書付きであること。

⑨本体保証期間が５年以上であること。

~~⑩日本国内の工場で製造されていること。~~

（２）ＡＥＤ付属品

①収納用バッグは、屋外等への搬出の際に確実に本体を保護するものであること。

②除細動補助具は、収納用バッグ内又は収納用バッグ外側に付属する収納袋等に収納し常時本体と一体として使用できること。

③付属するパッドについては、納入時において使用期限まで１年 10 か月以上期間があるものを納入すること。

（３）壁掛け型収納ケース

①固定して、落下防止を図ることができるもの。

②収納ケースの現存分撤去並びに購入分設置まで行うこと。

４　納入期限　　平成２７年６月１日（月）（納入日は、発注者と協議すること。）

５　納入場所　　納入場所は別紙１のとおり

６　納入条件

（１）納入業者は、高度管理医療機器等販売業の許可を得ていること。

（２）既存のＡＥＤ本体は納入業者が引き取り、処分すること。ただし、ＡＥＤパッドは全て教育委員会学校教育課へ持参すること。

（３）メーカー保証は、本体納入後５年間とし、保証期間内に故障した場合は、納入業者が対応すること。保証期間内はリモート監視システム等にかかる経費が発生しないこと。

（４）各学校への納品は、学校のＡＥＤ担当へ日常点検方法及び取扱説明書内の点検表の使用方法について説明を行うこと。また、各学校への納品及び説明は、製造メーカーの担当者と共に行うまたは、製造メーカーの担当者が行うこと。

（５）各学校へは、事前に電話で連絡し、学校のＡＥＤ管理者と日程調整した後に納品すること。

（６）故障による修理、ＡＥＤ使用後のメンテナンス等が必要となった場合には、納入先の求めに応じ速やかに対応できること。

（７）搬入にかかる費用は、納入業者の負担とし、納入に際し梱包材等がある場合は、納入業者が持ち帰ること。

７　報　　告

納入業者は、別紙２の納品確認票を学校毎に作成し、確認印又はサインを受領後、教育委員会学校教育課へ提出すること。

８　注意事項

この仕様書に定めのない事項については、発注者と協議しその指示に従うこと。

９　検　　収

納入したＡＥＤ一式は納品時、各小・中学校長が検収する。